

台中捐血中心
血小板細菌檢測累計彙整報告

月份	抽檢人次	偽陽性數	偽陽性率％	確認陽性數	確認陽性率％	偽陰性數	偽陰性率％	確認陽性/偽陰性鑑定結果
97.01～12	9,746	26	0.27	2	0.02	0	0	1.None found 2.Citrobacter koseri
98.01～12	11,186	11	0.10	0	0	0	0	
99.01～12	14,591	4	0.03	0	0	0	0	
100.01～12	18,741	11	0.06	4	0.02	0	0	1.Streptococcus Bovis 2.Escherichia coli 3.Group D Enterococcus 4.Klebsiella pneumoniae
101.01～12	21,986	4	0.02	0	0	0	0	
102.01～12	24,062	16	0.07	3	0.01	0	0	1.Escherichia coli 2.Listeria monocytogenes 3.Coagulase (-) Staphylococcus
103.01～12	22,456	8	0.04	2	0.01	0	0	1.Streptococcus gallolyticus 2. Listeria monocytogenes
104.01～12	23,689	10	0.04	2	0.008	0	0	1.Streptococcus species 2.Streptococcus species
105.01～12	24,365	6	0.02	2	0.01	0	0	1. Streptococcus gallolyticus 2. Streptococcus gallolyticus
106.01	2,045	0	0	0	0	0	0	
106.02	2,066	0	0	0	0	0	0	
106.03	2,242	1*	0	0	0	0	0	

備註：*表示初測陽性(initial positive)其菌種鑑定結果為 no growth，為儀器因素造成，不列入偽陽性數計算。