

醫療財團法人台灣血液基金會台中捐血中心

血液成品 QC 測試報告

製備場所: 成分課

測試月份: 114 年 3 月

血品	測試項目	規格	標準	測試結果		
				Mean	SD	Confidence
RBCs	Leukocytes	< 5.0 x 10 <sup>6</sup> /unit	≥ 95%	0.13	0.073	>99%
Leukoreduced	Hct	≤ 80%	≥ 90%	69	4.6	>99%
Apheresis	Platelets	≥ 3.0 x 10 <sup>11</sup> /unit	≥ 90%	3.7	0.17	>99%
Platelets	pH	≥ 6.2	≥ 90%	7.4	0.068	>99%
Apheresis	Platelets	≥ 3.0 x 10 <sup>11</sup> /unit	≥ 90%	3.4	0.18	>99%
Platelets	pH	≥ 6.2	≥ 90%	7.4	0.085	>99%
Leukoreduced	Leukocytes	< 5.0 x 10 <sup>6</sup> /unit	≥ 95%	0.41	0.26	>99%
FFP	FVIII	≥ 70%	≥ 90%	79	22	>99%
	RBCs	< 6.0 x 10 <sup>9</sup> /L	≥ 90%	0.15	0.15	>99%
	Leukocytes	< 0.1 x 10 <sup>9</sup> /L	≥ 90%	0.00052	0.0012	>99%
	Platelets	< 50 x 10 <sup>9</sup> /L	≥ 90%	2.1	4.6	>99%
Cryo-precipitate	FVIII	≥ 70 IU/袋*	≥ 90%	111		>99%
	Fibrinogen	≥ 140 mg/袋*	≥ 90%	473	92	>99%

\*每袋 Cryo 來自 500ml 全血製備

註：Factor VIII、Fibrinogen 測試頻率每 2 個月執行。