

醫療財團法人台灣血液基金會台中捐血中心

血液成品 QC 測試報告

製備場所: 成分課

測試月份: 114 年 10 月

血品	測試項目	規格	標準	測試結果		
				Mean	SD	Confidence
RBCs	Leukocytes	< 5.0 x 10 ⁶ /unit	≥ 95%	0.13	0.12	>99%
Leukoreduced	Hct	≤ 80%	≥ 90%	69	3.8	>99%
Apheresis	Platelets	≥ 3.0 x 10 ¹¹ /unit	≥ 90%	3.6	0.38	>99%
Platelets	pH	≥ 6.2	≥ 90%	7.3	0.087	>99%
Apheresis	Platelets	≥ 3.0 x 10 ¹¹ /unit	≥ 90%	3.3	0.17	>99%
Platelets	pH	≥ 6.2	≥ 90%	7.3	0.075	>99%
Leukoreduced	Leukocytes	< 5.0 x 10 ⁶ /unit	≥ 95%	0.37	0.31	>99%
FFP	FVIII	≥ 70%	≥ 90%	/	/	/
	RBCs	< 6.0 x 10 ⁹ /L	≥ 90%	0.11	0.17	>99%
	Leukocytes	< 0.1 x 10 ⁹ /L	≥ 90%	0.0006	0.0011	>99%
	Platelets	< 50 x 10 ⁹ /L	≥ 90%	3.9	6.4	>99%
Cryo-precipitate	FVIII	≥ 70 IU/袋*	≥ 90%	/	/	/
	Fibrinogen	≥ 140 mg/袋*	≥ 90%	/	/	/

*每袋 Cryo 來自 500ml 全血製備

註：Factor VIII、Fibrinogen 測試頻率每 2 個月執行。