

醫療財團法人台灣血液基金會台中捐血中心

血液成品 QC 測試報告

製備場所: 成分課

測試月份: 115年2月

血品	測試項目	規格	標準	測試結果		
				Mean	SD	Confidence
RBCs	Leukocytes	< 5.0 x 10 <sup>6</sup> /unit	≥ 95%	0.17	0.16	>99%
Leukoreduced	Hct	≤ 80%	≥ 90%	68	3.9	>99%
Apheresis	Platelets	≥ 3.0 x 10 <sup>11</sup> /unit	≥ 90%	3.7	0.5	>99%
Platelets	pH	≥ 6.2	≥ 90%	7.3	0.1	>99%
Apheresis	Platelets	≥ 3.0 x 10 <sup>11</sup> /unit	≥ 90%	3.4	0.23	>99%
Platelets	pH	≥ 6.2	≥ 90%	7.3	0.087	>99%
Leukoreduced	Leukocytes	< 5.0 x 10 <sup>6</sup> /unit	≥ 95%	0.38	0.28	>99%
FFP	FVIII	≥ 70%	≥ 90%	/	/	/
	RBCs	< 6.0 x 10 <sup>9</sup> /L	≥ 90%	0.15	0.16	>99%
	Leukocytes	< 0.1 x 10 <sup>9</sup> /L	≥ 90%	0.00048	0.001	>99%
	Platelets	< 50 x 10 <sup>9</sup> /L	≥ 90%	3.3	5.9	>99%
Cryo-precipitate	FVIII	≥ 70 IU/袋*	≥ 90%	/	/	/
	Fibrinogen	≥ 140 mg/袋*	≥ 90%	/	/	/

\*每袋 Cryo 來自 500ml 全血製備

註：Factor VIII、Fibrinogen 測試頻率每 2 個月執行。